



Estado de Santa Catarina
Município de Herval D' Oeste

PARECER TÉCNICO

REQUERENTE: Presidente da Comissão de Licitações

REQUERIDO: Equipe Técnica Comissão de Licitações pregão

MATÉRIA: RECURSO CONTRA NO ITEM 50 DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017.

1. RELATÓRIO:

Trata-se de pedido de Parecer Técnico solicitado pela comissão de licitações referente ao pedido feito pela FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., no que tange ao item 50 do edital 012/2017 o qual questiona sobre a irregularidade do produto da marca Casex apresentada pela empresa Starmed.

É o breve relatório.

Em análise, o produto da marca Casex atende ao edital, pois descreve em sua bula a capacidade de absorver o exsudato da ferida e fazer com que se transforme em gel. Tal fato é reforçado na capacidade deste curativo poder absorver secreções em diversos tipos de ferida, tais como: Úlceras de pressão; Úlceras diabéticas; Úlceras venosas de estase; Áreas doadoras; Queimaduras de 2º grau e demais Lesões por atrito.

No que tange a real capacidade de absorção do curativo utilizado, cabe ao profissional enfermeiro avaliar a ferida e realizar a troca do curativo conforme a quantidade de secreção produzida, que pode ser pequena, média e altamente exudativa. Até mesmo produtos que são altamente absorvíveis possuem a necessidade de serem trocados antecipadamente mediante aspecto da secreção ou demais sintomatologias apresentadas pelo paciente, justificando a questão de custo alencada pela empresa FUFA-SC.

Também reitera-se que o curativo da marca Kaltostat Fortex, da Convatec, também não descrevem na bula como um curativo "altamente absorvível", e sim que "absorve" o exsudato da ferida, como pode ser visto adiante em um trecho da bula: ... Kaltostat® é



Estado de Santa Catarina
Município de Herval D' Oeste

um curativo macio, de tonalidade branca, estéril, não entrelaçado, em placa ou fita. Composto de fibras de alginato de cálcio e sódio que absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma, com pequeno ou sem nenhum dano para o tecido recém formado.

Sem mais de parte da análise técnica, julgo que a marca Casex apresentada pela empresa Starmed atende ao descritivo do edital.

Angela Bruna Luchese Sari
Enfermeira - COREN/SC 148336
UPA - Herval d'Oeste - SC
Angela Sari

Responsável Técnica Enfermagem

Referências:

Franco D, Gonçalves LF. **Feridas cutâneas**: a escolha do curativo adequado. Rev Col Bras Cir. [periódico na Internet] 2008; 35(3). Disponível em URL: <http://www.scielo.br/rcbc>.