



Estado de Santa Catarina  
Município de Herval D' Oeste

## PARECER TÉCNICO

REQUERENTE: Presidente da Comissão de Licitações

REQUERIDO: Equipe Técnica Comissão de Licitações pregão

MATÉRIA: RECURSO CONTRA O ITEM 51 DO PREGÃO PRESENCIAL 12/2017.

### 1. RELATÓRIO:

Trata-se de pedido de Parecer Técnico solicitado pela comissão de licitações referente ao pedido feito pela FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., no que tange ao item 51 do edital 012/2017 o qual questiona sobre o desacordo da empresa Implatec, quando ofertou o produto Biatain Alginato Ag.

É o breve relatório.

Em análise da bula do curativo Biatain Alginato Ag, verifica-se a irregularidade quanto ao produto solicitado no edital, visto que a porcentagem de Carboximetilcelulose sódica é de apenas 15%, em contraposto aos 100% almejados. Da mesma forma, o produto apresenta uma quantidade de 79% de Alginato de Cálcio, componente não especificado no descritivo do presente edital.

Sem mais da parte de análise técnica julgo que o curativo Biatain da empresa Implatec não atende ao descritivo do edital.

*Angela Bruna Luchese Sari*  
Enfermeira COREN/SC 148336  
UPA - Herval d'Oeste - SC

**Angela Sari**  
Enfermeira COREN SC 148336