



Resposta a solicitação de pedido de impugnação de edital de pregão eletrônico 076/2022

Em resposta a solicitação de impugnação de edital de pregão eletrônico 076/2022 realizado pelas empresas Konica Minolta e Future Med cabe o que segue:

No anexo I, onde se lê: “DA MÁQUINA DE RAIO X. A(s) máquina de Raio X a ser realizada a manutenção está especificada a seguir:”

Leia-se: “DA MÁQUINA DE RAIO X. A máquina de raios-x a ser instalada a placa digitalizadora está especificada a seguir:”

Acerca do descritivo dos demais itens que caracterizam a placa digitalizadora cabe justificar que:

Bateria- é importante ter autonomia mínima de 600 imagens ou de 16 horas de uso.

Tamanho do pixel- esta relacionado a resolução na área solicitada de 35x43cm, por esta razão o tamanho do pixel é um ponto crucial para ter maior detalhamento das imagens e reprodução de microlesões.

Proteção contra água e pó- O índice mínimo indicado é o IP44, valores com maior proteção serão aceitos

Área ativa- a área associada ao tamanho do pixel de 125 irá gerar imagens com resolução e detalhamento que a instituição busca. A combinação de parâmetros que não atendam a solicitação do edital não serão aceitas.

Em tempo. O equipamento sugerido pelo reclamante possui características aquém das solicitadas no edital, não atendendo aos requisitos mínimos.

Herval d Oeste, 17 de outubro de 2022

Atenciosamente,

Enf. Me. Eduardo Janir de Souza
Responsável Técnico UPA 24h
Coren SC 250.315ENF

Ao Sr. Rubens Antonio Correia
Pregoeiro Oficial Prefeitura Municipal de Herval d Oeste- SC.