



### **Parecer técnico do edital de pregão eletrônico 076/2022**

A empresa COOPERMEDICA COM. PRODUTO MEDICOS LTDA usou como descritivo em sua proposta uma cópia do Edital, o que torna duvidoso o atendimento de todas as características técnicas.

O modelo de detector ofertado (AGFA DXD40), conforme manual contido na proposta, **não atende** a vários requisitos solicitados no descritivo:

DESCRITIVO: devendo cada bateria ter autonomia mínima de 300 imagens por carga ou no mínimo 8 (oito) horas de uso – o que ocorrer primeiro

CooperMédica: devendo cada bateria ter autonomia mínimo 4 (quatro) horas de uso

DESCRITIVO: Possibilidade de uso do detector com fio (wired) na ausência de carga da bateria

CooperMédica: Não consta no manual.

DESCRITIVO: Matriz efetiva de pixel mínima de 2800 X 3600

CooperMédica: Matriz efetiva de pixel mínima de 2560 X 3072

DESCRITIVO: Escala de cinza de 16 bits ou superior

CooperMédica: Escala de cinza de 14 bits ou superior

DESCRITIVO: Tamanho de Pixel máximo de 125µm

CooperMédica: Tamanho de Pixel máximo de 140µm



DESCRITIVO: Peso máximo de 3,1 kg com bateria

CooperMédica: Peso máximo de 3,4 kg com bateria

DESCRITIVO: Proteção contra água e pó com classificação mínima de IP44.

CooperMédica: Não consta no manual.

DESCRITIVO: Resolução espacial de no mínimo 4lp/mm

CooperMédica: Resolução espacial de no mínimo 3,5lp/mm

DESCRITIVO: Carga máxima tolerada distribuída uniformemente sobre a superfície do

detector mínima de 300kg

CooperMédica: Carga máxima tolerada distribuída uniformemente sobre a superfície do

detector mínima de 150kg

DESCRITIVO: A imagem deve ser gerada e transmitida em, no máximo 3 segundos e no formato de imagem DICOM

CooperMédica: A imagem deve ser gerada e transmitida em, no máximo 6,5 segundos e no formato de imagem DICOM

DESCRITIVO: . Deve acompanhar estação de trabalho/Aquisição para captura da imagem gerada pelo digitalizador e visualização da imagem

Deve acompanhar Microcomputador com capacidade e desempenho compatível com a necessidade do sistema (não serão aceitos computadores sem marca/montados).

Deve possuir sistema operacional Windows PRO com licença de uso. Deve possuir monitor de LCD sensível ao toque, com dimensão mínima de 23 polegadas e matriz mínima de 1920x1080.

Memória local de, no mínimo, 8 Gb. Disco rígido local de, no mínimo, 1Tb.

CooperMédica: Não consta na proposta, nem manual.



DESCRITIVO: Fornecimento das grades antidifusoras  
CooperMédica: Não consta na proposta.

DESCRITIVO: Nobreak  
CooperMédica: Não consta na proposta.

Herval d Oeste, 21 de outubro de 2022

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Eduardo Janir de Souza', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Enf. Me. Eduardo Janir de Souza  
Responsável Técnico UPA 24h  
Coren SC 250.315ENF

Ao Sr. Rubens Antonio Correia  
Pregoeiro Oficial Prefeitura Municipal de Herval d Oeste- SC.