

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE  
HERVAL D'OESTE-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023  
Processo Administrativo Nº 083/2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA  
Data de Publicação: 11/05/2023 08:07:55

TOTAL DO PROCESSO: 17.590,00

**SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** 58.426.628/0001-33 17.590,00

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 027 Lance: 17.590,00 **Total: 17.590,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Equipo cristal para bomba de infusao: equipo macrogotas para administracao de solucao parenteral em bomba de infusao com sistema tipo peristaltico linear; com ponta perfurante; entrada de ar com filtro bacteriologico; câmara de gotejamento flexivel; filtro de particulas; tubo extensor minimo 2,30 mt de comprimento, pinca rolete; segmento de bombeamento em silicone; injetor lateral com dispositivo autovedante, terminacao luer lock com tampa protetora. Uso unico, atoxico, epirogenico. Embalagem esteril, contendo dados de identificacao , n.º lote, data de fabricacao de validade . A empresa contratada devera fornecer , em carater de comodato , bombas de infusao para uso parenteral. As bombas de infusao fornecidas em comodato deverao ser de marca e modelo compatíveis com os equipos de bomba de infusao adquiridos.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 25,31 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 12.500,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Equipo Fotossensível para bomba de infusao: equipo macrogotas fotossensível, livre de latex para infusao parenteral em bombas de infusao, com ponta perfurante padrao ISO, com entrada de ar e filtro bacteriologico, câmara gotejadora flexivel, com filtro de particulas; tubo de pvc, para solucao fotossensível, comprimento no minimo 2,30mt de comprimento; pinca rolete anatomico para controle do fluxo de infusao; segmento de silicone grau medico de alta precisao; uso unico, atoxico, epirogenico. Embalagem esteril, contendo dados de identificacao , n.º lote, data de fabricacao e validade. As bombas de infusao fornecidas em comodato deverao ser de marca e modelo compatíveis com os equipos de bomba de infusao adquiridos .

Quantidade: 200 Val. Ref.: 25,75 **Valor Unit.: 25,45** Total Item: 5.090,00

PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA

EQUIPE DE APOIO RAPHAEL ANZOLIN WITTE