

Eduardo Janir de Souza
Responsável Técnico UPA 24hs
Unidade de Pronto Atendimento Remi Alecio MascarelloRua
Santos Dumont, 1400
Herval d Oeste, Santa Catarina17
de maio de 2023

Ao Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Herval d Oeste- SC
A/C: Rubens Correia

Á HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Participação no Pregão Eletrônico Nº 025/2023 - Processo Licitatório Nº 083/2023

Prezado(a) Sr.

Agradecemos seu contato e agradecemos por apresentar seus questionamentos referentes à possibilidade de participação Pregão Eletrônico Nº 025/2023, que trata do Processo Licitatório Nº 083/2023.

Após análise cuidadosa da sua solicitação e considerando a ampla concorrência e a importância de garantir a igualdade de condições a todos os licitantes, decidimos aceitar sua proposta de participação.

Ressaltamos que a participação está condicionada à utilização de equipamentos universais devidamente certificados pelo INMETRO, conforme informado por sua empresa. Salientamos que a utilização desses equipamentos deverá ser em conformidade com as características descritas nos Itens em questão, de acordo com as exigências do Edital.

DESTE MODO onde se lê:

Faixa de fluxo: de 0,1 a 1500 ml/h;

Leia-se: Faixa de fluxo: de 0,1 a 1200 ml/h ou superior

E onde se lê:

Comprimento no mínimo 2,30mt de comprimento; tubo extensor mínimo 2,30mt

Leia-se: comprimento no mínimo 2,20mt de comprimento;

Entendemos sua preocupação em relação à limitação da competição e à possível restrição da concorrência devido às características especificadas no Edital.

Dessa forma, levando em consideração a ampla concorrência e visando promover a igualdade de oportunidades, optamos por tais alterações mencionadas anteriormente.

Em relação à alteração solicitada para incluir no modo de infusão: Peso X Concentração X Dose; entendemos que o mínimo de modos já é o que consta no edital e a empresa se mantém apta a participar podendo ter mais modos do que o solicitado mas que essencialmente cumpra o modo ml/h.

Agradecemos pelo seu interesse em participar deste processo licitatório e pela contribuição para a

clareza e transparência do certame. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser necessários.

Atenciosamente,

Eduardo Janir de Souza
Responsável Técnico
Unidade de Pronto Atendimento Remi Alecio Mascarello